



分析证明书

溴氰菊酯 质控样

产品编号: CQC-058

批号: 240228

生产日期: 2024-02-28

保质期: 2027-02-28

基质/溶剂: 甲醇

危害: 刺激, 易燃

中文名**CAS****纯度****确认值 ± 不确定度
(ug/L)****接受区间
(ug/L)**

溴氰菊酯

52918-63-5

99.5%

59.6 ± 0.56

35.8 - 83.5

包装、储存及使用说明

该样品以安瓿瓶密封包装, 需2-8°C保存。

回温至室温使用。

上下翻转混匀, 检查是否有沉淀, 如有, 可用超声溶解。按需取适量使用。

1, 回温至室温。

2, 1000mL Class A 容量瓶中加入约900mL试剂水(不含有机物)至刻度。

3, 打开安瓿瓶, 准确移取1.0mL浓缩液至容量瓶中。

4, 定容并混匀。

5, 所得即为要分析的样品。

确认值为按照使用说明配制后的浓度真值

接收区间根据国际水质检测能力验证标准设置

溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。如有相应的 NIST标准物质可用, 原料纯度及不确定度会与其对照分析校验

方法: 质量容量法验证

天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次, 溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验, 查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。

温度计: 所有温度计溯源至 NIST, 每年校准一次

玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级。所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

用途

- 分析仪器校准
- 分析方法验证
- 配制工作标准, 如校核标准
- 检测极限研究

均匀性/稳定性/保质期

该标物生产过程中已充分混匀。批次均匀性按要求随机取样分析建立。该标物稳定性基于短期及长期对确认浓度的监测结果。保质期基于长期监测结果确保保质期内有效

不确定度

不确定度为 95%置信区间扩展系数 K=2.

Kenneth Grzybowski

Ken Grzybowski, Organics Department Manager

Mark Hammersla

Mark Hammersla, President

配制实验室及资质: nsilabsolutions

ISO 9001:2015 UL Registered Firm - Certificate # 10002343 QM15



ISO 17034:2016 - Certificate AR-1571



ISO/IEC 17043:2010 - Certificate AP-1693



ISO/IEC 17025:2017 - Certificate AT-1690