地址：上海嘉定工业区叶城路 1630 号 7 幢 2595 室
QQ：2447084087，微信：anacrm
Website: www.anacrm.com

产品使用说明书

定制 28项挥发性有机物混标

产品ID: Q-6843-0
批号：见证书 Lot Number

保质期：见证书 Expiration(MM/DD/YYYY)
溶剂: 甲醇
危害:

分析项目	英文名	CAS	规格浓度	实际浓度及其他参数
1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	100ppm	见证书
1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	100ppm	见证书
1,1-二氯乙烯	1,1-dichloroethylene	75-35-4	100ppm	见证书
1，2-二氯苯	1,2-Dichlorobenzene	95-50-1	100ppm	见证书
1,2-二氯乙烷	1,2-dichloroethane	107-06-2	100ppm	见证书
1，4-二氯苯	1,4-Dichlorobenzene	106-46-7	100ppm	见证书
苯	benzene	71-43-2	100ppm	见证书
苯乙烯	Styrene	100-42-5	100ppm	见证书
丙烯腈	Acrylonitrile	107-13-1	100ppm	见证书
对-二甲苯	p-Xylene	106-42-3	100ppm	见证书
二氯甲烷	Dichloromethane	75-09-2	100ppm	见证书
二氯溴甲烷	Dichlorobromomethane	75-27-4	100ppm	见证书
反-1,2-二氯乙烯	Trans-1,2-dichlorothene	156-60-5	100ppm	见证书
甲苯	toluene	108-88-3	100ppm	见证书
间-二甲苯	m-Xylene	108-38-3	100ppm	见证书
邻-二甲苯	o-Xylene	95-47-6	100ppm	见证书
六氯丁二烯	Hexachlorobutadiene	87-68-3	100ppm	见证书
氯苯	Chlorobenzene	108-90-7	100ppm	见证书
氯仿	Chloroform	67-66-3	100ppm	见证书
氯乙烯	Vinyl chloride	75-01-4	100ppm	见证书
三氯乙烯	Trichloroethene	79-01-6	100ppm	见证书
三溴甲烷	Tribromomethane	75-25-2	100ppm	见证书
顺-1,2-二氯乙烯	Cis-1,2-dichcloroethene	156-59-2	100ppm	见证书
四氯乙烯	Tetrachloroethylene	127-18-4	100ppm	见证书
硝基苯	Nitrobenzene	98-95-3	100ppm	见证书
一氯二溴甲烷	Dibromochloromethane	124-48-1	100ppm	见证书
乙苯	Ethylbenzene	100-41-4	100ppm	见证书
异丙基苯	Isopropylbenzene	98-82-8	100ppm	见证书

包装、储存、使用说明

包　　装: 1.5mL
保存条件: -10 ~ -20℃

分析项目	英文名	CAS	规格浓度	实际浓度及其他参数

使用说明: Analyte Purity:分析项目原料纯度

Gravimetric Concentration:浓度 ± 扩展不确定度

该标准需回温至室温使用

上下翻转以混匀. 检查是否有沉淀，如有沉淀，可超声几分钟使之溶解。

打开安瓿瓶汲取适量使用

配制实验室认证资质

美国国家标准研究院-美国质量协会全 国家认证委员会：
ISO Guide 34:2009 有证标准物质生产者 证号：AR-1571
ISO/IEC 17025:2005 检测测试 证号：AT-1690
ISO/IEC 17043:2010 能力验证提供者 证号：AP-1693

UL注册公司、IQNET国际认证联盟：
ISO 9001:2008 质量管理体系 证号：10002343 QM15

实验室溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。实际纯度详见证书。
天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次，溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验，查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。
温度计: 所有温度计按17025认证要求每年校准一次，溯源至NIST。
玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级. 所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

均匀性

此样品生产过程中已春分混匀，确保其均匀性。

稳定性/保质期

稳定性基于确认值的长期短期监测结果。保质期基于长期的监测结果，保证样品保质期内有效