地址：上海嘉定工业区叶城路 1630 号 7 幢 2595 室
QQ：2447084087，微信：anacrm
Website: www.anacrm.com

产品使用说明书

产品ID: SQCO-008H
批号：见证书 Lot Number

保质期：见证书 Expiration(MM/DD/YYYY)
溶剂: 甲醇：水=9：1
危害: 刺激、易燃

部分分析项目	英文名	CAS	规格浓度	实际浓度及其他参数
1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,1,2-Tetrachloroethan	630-20-6		见证书
1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-Trichloroethane	71-55-6		见证书
1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-Tetrachloroethan	79-34-5		见证书
1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-Trichloroethane	79-00-5		见证书
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethane	75-34-3		见证书
1,1-二氯乙烯	1,1-dichloroethylene	75-35-4		见证书
1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-Trichloropropane	96-18-4		见证书
1,2,4-三氯苯	1,2,4-trichlorobenzene	120-82-1		见证书
1,2-二氯苯	1,2-Dichlorobenzene	95-50-1		见证书
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	78-87-5		见证书
1,2-二氯乙烷	1,2-dichloroethane	107-06-2		见证书
1,2-二溴-3-氯丙烷	1,2-Dibromo-3-chloroprop	96-12-8		见证书
1,2-二溴乙烷	1,2-Dibromoethane	106-93-4		见证书
1,3-二氯苯	1,3-Dichlorobenzene	541-73-1		见证书
1,4-二氯苯	1,4-Dichlorobenzene	106-46-7		见证书
2-丁酮	2-Butanone	78-93-3		见证书
2-己酮	2-Hexanone	591-78-6		见证书
4-甲基-2-戊酮	4-Methyl-2-pentanone (MI	108-10-1		见证书
苯	benzene	71-43-2		见证书
苯乙烯	Styrene	100-42-5		见证书
丙酮	Acetone	67-64-1		见证书
二氯甲烷	Dichloromethane	75-09-2		见证书
二氯溴甲烷	Dichlorobromomethane	75-27-4		见证书
反-1,2-二氯乙烯	Trans-1,2-dichlorothene	156-60-5		见证书
反-1,3-二氯丙烯	tran-1,3-Dichloropropene	10061-02-6		见证书
甲苯	toluene	108-88-3		见证书
甲基叔丁基醚	MTBE	1634-04-4		见证书
氯苯	Chlorobenzene	108-90-7		见证书
氯仿	Chloroform	67-66-3		见证书
萘	Naphthalene	91-20-3		见证书
三氯乙烯	Trichloroethene	79-01-6		见证书
三溴甲烷	Tribromomethane	75-25-2		见证书
顺-1,2-二氯乙烯	Cis-1,2-dichcloroethene	156-59-2		见证书
顺-1,3-二氯丙烯	cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5		见证书
四氯化碳	Tetrachloromethane	56-23-5		见证书
四氯乙烯	Tetrachloroethylene	127-18-4		见证书
一氯二溴甲烷	Dibromochloromethane	124-48-1		见证书
乙苯	Ethylbenzene	100-41-4		见证书
总二甲苯	Xylenes	Total Xylenes		见证书

部分分析项目	英文名	CAS	规格浓度	实际浓度及其他参数

包装、储存、使用说明

包　　装: 10g

保存条件: -10℃～20℃

使用说明: Study Mean:能力验证值
Gravimetric Concentration:确认值 ±扩展不确定度
Acceptance limits:能力验证考核接受区间

- 该样品为10g固体+10mL溶液
- 该样品可用于US EPA SW-846系列方法 8240， 8260及5030
- 该样品需低温使用
- 启封前摇动30秒以混匀
- 用气密注射器汲取100uL甲醇提取液注入吹扫捕集容器内5或25mL试剂水（不含有机物）液面下。 100uL以上取样可能会过量
- 取样后，将样品瓶重新密封，确保样品瓶边缘，螺纹和盖子之间没有样品残留
- 根据分析方法立即完成其他样品配制操作
- 以10g样品，10mL提取液为基础汇报分析结果，单位ug/Kg

配制实验室认证资质

美国国家标准研究院-美国质量协会全 国家认证委员会：
ISO Guide 34:2009 有证标准物质生产者 证号：AR-1571
ISO/IEC 17025:2005 检测测试 证号：AT-1690
ISO/IEC 17043:2010 能力验证提供者 证号：AP-1693

UL注册公司、IQNET国际认证联盟：
ISO 9001:2008 质量管理体系 证号：10002343 QM15

实验室溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。实际纯度详见证书。
天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次，溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验，查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。
温度计: 所有温度计按17025认证要求每年校准一次，溯源至NIST。
玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级. 所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

均匀性

此样品生产过程中已春分混匀，确保其均匀性。

稳定性/保质期

稳定性基于确认值的长期短期监测结果。保质期基于长期的监测结果，保证样品保质期内有效